

DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

DVGW CERT Conformity Certificate

AS-0630BT0221

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Anschlussichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
Hersteller <i>manufacturer</i>	EICH-COLON Helmut Eich Kunstmühlestraße 12, D-72793 Pfullingen
Vertreiber <i>distributor</i>	EICH-COLON Helmut Eich Kunstmühlestraße 12, D-72793 Pfullingen
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für medizinische Anwendungen (0630)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	freier Auslauf an einem medizinischen Gerät
Modell <i>model</i>	Colon Hydro
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: KT 037/13 vom 30.04.2013 (TZW) Baumusterprüfung: ZS 006/06 vom 09.04.2008 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010) BGA KTW (12.12.1985) DVGW W 270 (01.11.2007)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

Ablaufdatum / AZ 09.04.2016 / 13-0102-WNV
date of expiry / file no.

07.10.2013 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN ISO/IEC
17024 for certification of persons for energy and water supply industry



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Colon Hydro	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AB)	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-0304CM0196	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	TA/TA	RiFlex GmbH Schlauchproduktion

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussdurchmesser: DN 10 (Rp 3/4")

Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.

Diese DVGW-Prüfbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.